

编号：YNH/AJ-15-27-2009

临床生化脂类质控血清出厂检验报告

检验日期：2023.12.13
生化仪机型：DS-401

血清批号：2231204N
生化仪编号：DS1KS001

检测用试剂盒名称	批号	有效期	厂家
乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒	202209A231	20240306	英科新创（厦门）科技有限公司
HIV1/2 抗体检测试剂盒	202210ABC4	20241019	英科新创（厦门）科技有限公司
丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒	202207A741	20240713	英科新创（厦门）科技有限公司
甘油三酯检测试剂盒	2231021	2024.10.20	江苏英诺华医疗技术有限公司
胆固醇检测试剂盒	2231014	2024.10.13	江苏英诺华医疗技术有限公司
高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒	2231024	2024.10.23	江苏英诺华医疗技术有限公司
低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒	2231025	2024.10.24	江苏英诺华医疗技术有限公司
载脂蛋白 A1 检测试剂盒	2231123	2024.11.22	江苏英诺华医疗技术有限公司
载脂蛋白 B 检测试剂盒	2230922	2024.09.21	江苏英诺华医疗技术有限公司
脂蛋白（a）检测试剂盒	2231012	2024.10.11	江苏英诺华医疗技术有限公司

检验项目	要求	结果	判定
试剂外观	淡黄或黄色冻干粉，加水复溶后为淡黄色半透明液体，无悬浮物和沉淀物。	符合要求	合格
生物安全性	质控物的 HBsAg、HIV-1/HIV-2 抗体、HCV 抗体检测应为阴性。	均为阴性	合格

项目	准确度	瓶内 CV	瓶间 CV	判定
要求	测定结果与靶值的相对偏差不超过 10%。	CV≤5%	CV≤8%	
TG	5.00%	1.34%	0.98%	合格
CHO	1.77%	3.30%	3.95%	合格
HDL-C	0.87%	2.69%	2.45%	合格
LDL-C	1.39%	0.91%	0.87%	合格
ApoA-1	0.83%	1.40%	2.26%	合格
ApoB	2.86%	3.29%	3.31%	合格
Lp(a)	2.14%	1.43%	1.57%	合格
本批次检验结论	合格			



检验人：[Signature] 复核人：[Signature] 批准人：[Signature]