

编号：YNH/AJ-15-02-2012

血小板分析仪专用清洗液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求

检验日期：2024.08.30

试剂批号：22408281

配套稀释液批号：22408261

试剂规格：1L、5L

设备信息：

仪器名称	血小板分析仪	PH 计
仪器型号	PL-12	PHS-3C
仪器编号	P2HH001C	600408N0016120545

检验项目	要求		检验结果				结果判定 合格（√）； 不合格（×）
			检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	无色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。		符合要求				√
净含量	不低于标识值	5L	5.03L	5.03L	5.02L	5.03L	√
pH 值	25±1℃时，7.00±0.50。		检测温度：25.0℃				√
			7.23	7.24	7.23	7.23	
空白值	RBC≤0.03×10 ¹² /L		0.00	0.00	0.00	0.00	√
	PLT≤10×10 ⁹ /L		0	0	0	0	√
清洗率	清洗率大于 90%。		98.4%				√
结论	检验是否合格		合格				√



检验人：240830

复核人：周琦

批准人：周琦