

编号：YNH/AJ-15-17-2011

样本稀释液出厂检验报告

检验依据：医疗器械产品技术要求编号：苏宁械备 20150044 号
检验日期：2024.10.10 试剂批号：22410081
产品型号：PLR-01 配套清洗剂批号：22409061
试剂规格：1L、20L
设备信息：

仪器名称	血小板分析仪	PH 计	电导率仪	冰点渗透压
仪器型号	PL-12	PHS-3C	DDSJ-303A	FM-8P
仪器编号	P2JN016C	600408N0016120545	610708050039	0614

检验项目	要求	检验结果				结果判定 合格(√)； 不合格(×)
		检测 1	检测 2	检测 3	均值	
外观	澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物	符合要求				√
装量	不低于标示量	20.05L	20.04L	20.05L	20.07L	√
pH 值	25℃时，7.10±0.20	检测温度：25.0℃				√
		7.14	7.15	7.17	7.16	
电导率	25℃时，17.30±0.50mS/cm	检测温度：25.0℃				√
		17.38	17.35	17.35	17.38	
渗透浓度	310±10mOsm/kg	312	313	315	313	√
空白值	PLT≤2.5×10 ⁵ /L	0	0	0	0	√
结论	检验是否合格	合格				



检验人：王群 复核人：梁红 批准人：周琦